21PROC008323750 2021-03-23
Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Digitally signed by Ministry of Digital Governance, Hellenic Republic
Date: 2021.03.23 11:25:03 EET
Reason:
Location: Athens
ΑΔΑ: 678Ξ46906Ω-Ε01

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**
**Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ**

Ιωάννινα: 23-03-2021
Αριθ. Πρωτ: 3752

**Τμήμα : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

| | |
|---|---|
| Ταχ. Δ/νση | Λεωφόρος Μακρυγιάννη |
| Τ.Κ. | 450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ |
| Πληροφορίες | ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ -ΠΟΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| Τηλέφωνο | 2651080624-27 |
| Fax | 2651029470 |
| Email | s.goritsa@gni-hatzikosta.gr |

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 19/21**

**ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ**

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ COVID SARS-COV-2»**

**ΑΞΙΑΣ 71.907,09€ ΜΕ ΦΠΑ**

**(ΚΑΕ 1311,CPV 33141000-0)**

**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

| | |
|---|---|
| **ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ** | ΓΕΝΙΚΟ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ "Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ" |
| **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ COVID SARS-COV-2» όπως αναλυτικά περιγράφεται στο παράρτημα Β της παρούσης.** |
| **ΚΩΔΙΚΟΣ CPV** | **CPV: 33141000-0** |
| **ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ** | **ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ** |
| **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ** | Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ. |
| **ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ** | **71.907,09 € συμπερ. του ΦΠΑ** |
| **ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** | Γ.Ν.Ι. «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Λ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 50<br>Τ.Κ 45001 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ |
| **ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ** | **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/04/2021 Ώρα: 11:00 π.μ.** |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | ΝΑΙ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β) |
| **ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ** | Τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου |
| **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ** | Οι Προσφορές ισχύουν για εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. |
| **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ** | Για χρονικό διάστημα (2) μηνών, με δυνατότητα δίμηνης παράτασης σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των ποσοτήτων & του συμβατικού χρηματικού ποσού. |
| **ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ:** | α) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,07%. Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείτε επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου.<br>β) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24-3-'09) : 2,00 % (δύο τοις εκατό).<br>γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου<br>δ)Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/13<br>ε) Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείου και θα υπολογίζεται χωριστά. |
| **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ** | Δεν απαιτείται |
| **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** | Ίση με το 5% της προ ΦΠΑ αξίας της σύμβασης. |
| **ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ** | Στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr, στο διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ και της ΔΙΑΥΓΕΙΑ |

Το Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα» έχοντας υπόψη:

**1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν :**

**1.1** Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

**1.2** Του Ν. 4430/2016 (Α΄ 205) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

**1.3** Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

**1.4** Του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1

**1.5** Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

**1.6** Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

**1.7** Του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173/Α΄) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)»

**1.8** Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

**1.9** Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

**1.10** Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

**1.11** Του Ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

**1.12** Του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

**1.13** Του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

**1.14** Του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”]

**1.15** Τη με αριθμ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής με θέμα «Έγκριση του "Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (Β΄ 3698)

**1.16** Της με αρ. 57654 (Β' 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

**1.18** Της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

**2. Τις αποφάσεις:**

2.1.Το αριθ. πρωτ. 3183/09-03-2021 αίτημα της ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘ-ΜΕΘ COVID.
2.2. Την αριθ. 6/12-03-2021 θ(13) απόφαση του ΔΣ έγκρισης διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑ:Ψ1ΠΚ46906Ω-Κ2Γ)
2.3. Την Αριθ. Πρωτ.596/22-03-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΩΗΧ046906Ω) ΑΔΑΜ:21REQ008320548.

**ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ**

1.Συνοπτικό Διαγωνισμό, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ COVID SARS-COV-2»** με προϋπολογισμό **71.907,09€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
2. Η ισχύς των συμβάσεων – συμφωνητικών που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας θα είναι για (2) μήνες με δυνατότητα δίμηνης παράτασης σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των ποσοτήτων & του συμβατικού χρηματικού ποσού.
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

**ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

| ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ |
|---|---|---|
| Γραφείο πρωτοκόλλου Νοσοκομείου | **Ημερομηνία:02-04-2021 Ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ώρα: 11.00 π.μ.** | **Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου** |

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **2η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00** π.μ στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν γίνονται αποδεκτές.

Για πληροφορίες αναφορικά με τη διακήρυξη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο: 2651080624-25.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις[1]:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα Διακήρυξη ως και τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ»
- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ «ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ )»

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα Διακήρυξη εφαρμόζονται οι περί προμηθειών διατάξεις του Δημοσίου, όπως ισχύουν κάθε φορά.

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα

1 Πρβλ. *άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &*. άρθρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016.

που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους[2]

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

**ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕΡΔΕΜΕΖΗΣ**

[22]2 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»**

## ΑΡΘΡΟ 1$^{ο}$ : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/20156 έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, Συνεταιρισμοί, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.

## ΑΡΘΡΟ 2$^{ο}$: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά στο αρμόδιο πρωτόκολλο του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» μέχρι την **02-04-2021 και ώρα 11:00 π.μ.**

Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην αγγλική γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική), **σε δύο αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο**, και μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο (**κυρίως φάκελος**), στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

*Στοιχεία Αποστολέα* ***(υποψήφιου Αναδόχου/Χορηγητή):***

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

***Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του Διαγωνισμού :***

ΠΡΟΣ : Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων «Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με αριθμό Διακήρυξης: **19/21**

Ημερομηνία Διενέργειας: **02-04-2021**

ΤΙΤΛΟΣ**: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ COVID SARS-COV-2»**

**ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο.**

**Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό**.

Μέσα στο φάκελο της **ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** (κυρίως φάκελος), τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά προτίμηση και προς διευκόλυνση της αρμόδιας Επιτροπής σε ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους με τις ενδείξεις του κυρίως φακέλουκαι ως εξής:

***ΦΑΚΕΛΟΣ Α*** με την ένδειξη **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:**

Στον οποίο θα εσωκλείονται, **ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο)** τα δικαιολογητικά συμμετοχής του άρθρου 3 Α της παρούσας.

***ΦΑΚΕΛΟΣ Β*** με την ένδειξη **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:**

Στον οποίο θα εσωκλείονται, **ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο)** τα τεχνικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3 Β της παρούσας.

***ΦΑΚΕΛΟΣ Γ*** με την ένδειξη **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Στον οποίο θα εσωκλείονται, **ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ (πρωτότυπο και αντίγραφο)** τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς του άρθρου 3 Γ της παρούσας.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν **ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.** Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

**Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.**

## ΑΡΘΡΟ 3ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εντός του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής τοποθετούνται υποχρεωτικά τα αναφερόμενα κατωτέρω :

1. το **ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)** το οποίο αποτελεί Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και παρέχει προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1 και παρ. 2 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος Γ.

Πιο συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση των κάτωθι μερών:

- Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ**

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας**

- Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες** - (Ποινικό μητρώο)

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**-(Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα)

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα** (Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ ή μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού)

- Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

**Α: Καταλληλότητα** (Πιστοποιητικό Επιμελητηρίου)

**Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα** (Πιστοποιητικά για τα προσφερόμενα προϊόντα)

10) Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει το συγκεκριμένο πεδίο μόνο εάν προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών. Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει το συγκεκριμένο πεδίο το οποίο αναφέρεται στα πιστοποιητικά ISO και CE Mark που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων

**Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας** (ISO). Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

- Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Το ΤΕΥΔ υποβάλλουν :

Σύμφωνα με το άρθρο 79Α είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση **νόμιμου εκπροσώπου** του οικονομικού φορέα **ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου** για το σκοπό αυτό **προσώπου** η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

Ο οικονομικός φορέας για την ορθή συμπλήρωση του ΤΕΥΔ μπορεί να συμβουλεύεται τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15 και 23 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ και Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε αντίστοιχα).

**Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.**

**Επισημαίνεται ότι το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.gni-hatzikosta.gr**

2. **ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ:**
   Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν, ο νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα όπως το ισχύον καταστατικό, κατά περίπτωση, Φ.Ε.Κ., ή επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού ή πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης.

3. **ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ**, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, σύμφωνα με το άρθρο 93 περ. δδ του Ν. 4412/2016.

4. **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.

**Β: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Στο φάκελο με τη ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σε ένα **(1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο**, τα τεχνικά στοιχεία, PROSPECTUS, τεχνικά φυλλάδια, πιστοποιητικά που αφορούν τεχνικές προδιαγραφές της προσφοράς και θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**.

**Γ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Στο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετούνται σε ένα (**1) Πρωτότυπο και ένα (1) Αντίγραφο** τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, με την τιμή της προσφοράς σε Ευρώ.

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, δύο ή περισσότερα είδη και για το σύνολο της ποσότητας

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, εκτός από τον ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ θα δίδεται σε ξεχωριστή στήλη.

Για το προσφερόμενο είδος να αναφέρεται ο αύξων αριθμός του είδους που είναι καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ και η τιμή αυτού. Σε αντίθετη περίπτωση να γίνεται αναφορά ότι αντίστοιχο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών της ΕΠΥ. Οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.

Η τιμή της προσφοράς δεν πρέπει να υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι τιμές των Προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν.

Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλής οικονομικής προσφοράς, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από το άρθρο 88 του ν. 4412/2016.

## ΑΡΘΡΟ 4ο: ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για 120 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως σύμφωνα με το αρ. 97 του Ν. 4412/2016, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της.

## ΑΡΘΡΟ 5ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά για τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 91 του Ν. 4412/2016. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει αντιπροσφορές, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί για την απόρριψη των προτάσεων αυτών**.**

**ΑΡΘΡΟ 6$^{ο}$ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την **02-04-2021** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα 11:00 π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου από την ορισθείσα Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και τον έλεγχο αυτών.

Η αποσφράγιση των φακέλων των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών και οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια και σε μία συνεδρίαση, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.

Η αρμόδια Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού, σε επόμενη κλειστή συνεδρίαση, την ίδια ή σε διαφορετική μέρα, προβαίνει στην καταχώριση, αξιολόγηση των ανωτέρω στοιχείων των προσφορών σε πρακτικό το οποίο συντάσσει και προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού.

Το ανωτέρω πρακτικό εγκρίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του νοσοκομείου και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.

**ΑΡΘΡΟ 7$^{Ο}$: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΗ**

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή (το Νοσοκομείο) ειδοποιεί τον προσφέροντα «προσωρινό μειοδότη» στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση για να υποβάλλει σε κλειστό φάκελο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν τα πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, των παρακάτω δικαιολογητικών:

**1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου** ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου **προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού** από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων **της παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**, έκδοσης έως 3 μήνες πριν από την υποβολή τους.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2. Πιστοποιητικά** που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής**, κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016). Ασφαλιστική ενημερότητα η οποία να βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της και να αναγράφει για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή δημοπρασίες.

**3. Πιστοποιητικό** από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** του κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν.4412/2016). Φορολογική ενημερότητα η οποία να βρίσκεται σε ισχύ την ημερομηνία υποβολής της και να αναγράφει ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

**4.** Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων για την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 (του ν. 4412/2016), **αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα,** χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του Σ.ΕΠ.Ε. σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με χρόνο έκδοσης, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, στην οποία να δηλώνεται ότι: «δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3)πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους». Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να έχει ημερομηνία υπογραφής μετά την κοινοποίηση του Νοσοκομείου της πρόσκλησης υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης.

**5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου,** με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης και στο οποίο να αναφέρονται τα μέλη του ΔΣ ή οι διαχειριστές, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.

**6. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας** οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικά ποιότητας των προσφερομένων.

**(α) σήμανση CE Mark**

**(β) πιστοποιητικά ISO που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.**

**7. Για την απόδειξη** της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα αντίστοιχα **πιστοποιητικά ISO** σε ισχύ.

**α) Πιστοποιητικό - Βεβαίωση** κοινοποιημένου οργανισμού για την Ορθή Πρακτική Διανομής Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (αριθ. ΔΥ8δ/1348/04 (ΦΕΚ 32/Β/16.01.04) Υπουργική απόφαση)και

**β)Πιστοποιητικά ISO** που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα.

Επισημαίνεται , ότι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

## ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής στον προμηθευτή με τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), εκ των υποψηφίων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές, με βάση τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας.

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν. 4412/216.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης προσφορών, διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, που θα καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 104 του Ν. 4412/16. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας ή το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου από τα έγγραφα της σύμβασης ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή.

## ΑΡΘΡΟ 9ο : ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα:

**α.** να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού και την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιαδήποτε διαδικασίας που οδηγεί στη σύναψη της σύμβασης ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης.

**β.** να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης

**γ.** να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση δικαιούνται όμως την άμεση αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής.

## ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Αν περάσει η προθεσμία των ανωτέρω είκοσι (20) ημερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη Σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016.

**Η διάρκεια της σχετικής σύμβασης θα είναι για χρονικό διάστημα (2) μηνών, με δικαίωμα δίμηνης παράτασης σε περίπτωση μη εξαντλήσεως των ποσοτήτων & του συμβατικού χρηματικού ποσού.**

Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί υπό τους όρους του άρθρου 132 και 201 του Ν.4412/2016 και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.4412/16:

α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο,

β. παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υπό προμήθεια είδη,

γ. έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις,

δ. εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της υπό τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.

## ΑΡΘΡΟ 11$^{Ο}$: ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

11.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

11.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 .

## ΑΡΘΡΟ 12$^{Ο}$: ΠΑΡΑΔΟΣΗ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Η παράδοση των ζητουμένων ειδών θα γίνεται τμηματικά και εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σχετική παραγγελία του τμήματος διαχείρισης του Νοσοκομείου. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή στις αποθήκες του Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

## ΑΡΘΡΟ 13$^{Ο}$: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή θα γίνει με χρηματικό ένταλμα βάσει των νομίμων δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 για το σύνολο της αξίας μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσει οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και είναι οι ακόλουθες:

α) Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας (ΦΕΚ 545 Β' /24.3.2009) : 2,00 %.

β) Ο προβλεπόμενος από το άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ.2 του Ν. 4172/2013 φόρος εισοδήματος, ο οποίος παρακρατείται κατά την πληρωμή του τιμήματος. (ΦΕΚ 167Α' /23.7.2013)

γ) Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων: κράτηση 0,07% επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων (Ν. 4146/2013 -ΦΕΚ 90/18.4.2013 και Ν. 4013/2011 - ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011- Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α΄/8.8.2016).

δ) Τέλος χαρτοσήμου ποσοστού 3% επί του ποσού της ανωτέρω κράτησης, πλέον εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. ποσοστού 20%.

ε) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄147). Στην παραπάνω κράτηση παρακρατείται επίσης το αναλογούν Χαρτόσημο 3% υπέρ Δημοσίου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου

Ο αναλογούν ΦΠΑ επί τοις εκατό (%) βαρύνει το Νοσοκομείο και θα υπολογίζεται χωριστά.

**ΑΡΘΡΟ 14ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

**Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.**

**Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή** καλής Εκτέλεσης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

**ΑΡΘΡΟ 15ο: ΔΕΙΓΜΑΤΑ**

**Σε περίπτωση που η επιτροπή αξιολόγησης ζητήσει δείγματα ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τα προσκομίσει εις διπλούν το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Η μη προσκόμιση ζητηθέντος δείγματος είναι λόγος απόρριψης της προσφοράς.**

**ΑΡΘΡΟ 16ο: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 17ο: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ**

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στο Νομό Ιωαννίνων, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό δίκαιο.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**

**<< ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ>>**

| Α/Α | ΚΩΔ. ΝΟΣΟΚ. | Μ. Ε. Θ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ | ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΦΠΑ | ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ | Π.Τ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010101090 | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 6-7-8 | 10 | 1,40 | 14,00 | 13% | 1,82 | 15,82 | Δ.Υ |
| 2 | 013510640 | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΕΝΣΩΜ.ΑΥΛΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ 6-9 | 40 | 10,00 | 400,00 | 24% | 96 | 496,00 | **52.5.50 (12,0)** |
| 3 | 013510633 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΥΤΟΚ. ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡ.ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜ. ΘΗΚΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΥΛΩΝ ΤΟΥ 10Χ12CM | 200 | 0,35 | 70,00 | 13% | 9,1 | 79,10 | **4.4.50 (0,36)** |
| 4 | 013510632 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚ/ΡΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 7Χ9CM | 200 | 0,17 | 34,00 | 13% | 4,42 | 38,42 | **4.4.49 (0,20)** |
| 5 | 013509923 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 10Χ10 ΑΠΟΣΤ. ΜΕ ΤΟΜΗ Υ | 600 | 0,10 | 60,00 | 13% | 7,8 | 67,80 | Δ.Υ |
| 6 | 013509127 | ΚΙΤ ΠΛΥΣΕΩΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΜΕ 2ΠΛΟ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙ ΜΕ SODIUM ΜΕ 2 ΟΠΕΣ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ-ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ PEROXIDE-ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΣΤΟΜΑΤΟΣ & ΣΩΛ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ- ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΟΥΣ | 800 | 2,75 | 2.200,00 | 24% | 528 | 2.728,00 | Δ.Υ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 013509198 | ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ 3ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 120Χ210CM | 50 | 4,00 | 200,00 | 24% | 48 | 248,00 | **7.3.53 (10,70)** |
| 8 | 013510068 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ | 40 | 7,00 | 280,00 | 24% | 67,2 | 347,20 | Δ.Υ |
| 9 | 013509761 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ | 150 | 2,59 | 388,50 | 24% | 93,24 | 481,74 | Δ.Υ |
| 10 | 010101142 | ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ/ΝΗ ΣΤΙΔΙΚΟΣ ΝΟ 12 | 10 | 5,80 | 58,00 | 13% | 7,54 | 65,54 | Δ.Υ |
| 11 | 010101016 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ 20-22G | 200 | 7,80 | 1.560,00 | 13% | 202,8 | 1.762,80 | **23.6.2.7 (19,40)** |
| 12 | 013510094 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 20G-8CM ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 20G & ΟΔΗΓΟ | 30 | 9,00 | 270,00 | 13% | 35,1 | 305,10 | Δ.Υ |
| 13 | 012999166 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN-GANZ 110CM 8FR ΜΕ ΑΥΛΟ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SVO2 ΣΕ 3 ΜΗΚΗ. | 2 | 175,00 | 350,00 | 13% | 45,5 | 395,50 | **23.1.74 (260)** |
| 14 | 013510499 | ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘ.SWAN-GANZ 8,5 ΜΕ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ | 2 | 17,00 | 34,00 | 13% | 4,42 | 38,42 | Δ.Υ |
| 15 | 013510364 | ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ(SELDIGER ) ΝΟ 12 &14 ΜΗΚΟΣ 22-41CM. | 15 | 240,00 | 3.600,00 | 24% | 864 | 4.464,00 | Δ.Υ |
| 16 | 013510545 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 8CH ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛ.ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ | 10 | 55,00 | 550,00 | 13% | 71,5 | 621,50 | Δ.Υ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 14G | | | | | | | |
| 17 | 020799018 | ΚΑΘΕΤ.ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡ/ΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΝΟ12-14 ΓΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ. | 50 | 20,00 | 1.000,00 | 24% | 240 | 1.240,00 | Δ.Υ |
| 18 | 013509920 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ KLERF ΛΗΨΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 20ML | 300 | 0,80 | 240,00 | 24% | 57,6 | 297,60 | Δ.Υ |
| 19 | 011899019 | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΘ ΑΠΟΣΤ+ΑΣΚΟ 2LT ΜΕ ΘΗΛΙΑ-2ΣΩΛ.Χ1,8Μ+1Χ1Μ. (ΣΕΤ) | 200 | 12,00 | 2.400,00 | 24% | 576 | 2.976,00 | Δ.Υ |
| 20 | 013510007 | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ | 50 | 55,00 | 2.750,00 | 24% | 660 | 3.410,00 | Δ.Υ |
| 21 | 013510542 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΜΕ 2% CHLORHEXIDINE & 70% ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 10Χ19CM ΠΕΡ.(ΠΡΑΣΙΝΑ) | 5000 | 0,04 | 200,00 | 6% | 12 | 212,00 | Δ.Υ |
| 22 | 013510541 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΜΕ 2% CHLORHEXIDINE 10Χ9CM ΠΕΡ. (ΜΠΛΕ) | 3000 | 0,04 | 120,00 | 13% | 15,6 | 135,60 | Δ.Υ |
| 23 | 013510560 | ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ SARS-COV-2 ΣΕ ΧΡΟΝΟ 30SEC, ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 200 ΤΕΜΑΧΙΩΝ | 3000 | 0,043 | 129,00 | 24% | 30,96 | 159,96 | Δ.Υ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20CMX28CM +/- 1CM | | | | | | | |
| 24 | 013510509 | ΜΑΣΚΕΣ CPAP ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ VENTURE-PEEP 5-20CMH2O FIO2 30-40-50-60%-ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ & ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ | 8 | 89,00 | 712,00 | 24% | 170,88 | 882,88 | Δ.Υ |
| 25 | 013509424 | ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 80 | 0,64 | 51,20 | 24% | 12,288 | 63,49 | Δ.Υ |
| 26 | 013510604 | ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ T.VENTURI | 50 | 3,80 | 190,00 | 24% | 45,6 | 235,60 | **5.5.84 (3,80)** |
| 27 | 013510406 | ΜΑΣΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛ.ΒΙΡΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Μ-L | 5 | 150,00 | 750,00 | 24% | 180 | 930,00 | Δ.Υ |
| 28 | 013510407 | ΜΑΣΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΙΡΑΡ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ Μ-L | 5 | 150,00 | 750,00 | 24% | 180 | 930,00 | Δ.Υ |
| 29 | 013509147 | ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΛΥΣΗΣ & ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑ. | 200 | 21,00 | 4.200,00 | 24% | 1008 | 5.208,00 | Δ.Υ |
| 30 | 013509107 | ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. | 50 | 10,00 | 500,00 | 24% | 120 | 620,00 | Δ.Υ |
| 31 | 013510233 | NEBULIZER T.AQUA PACK ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ | 100 | 3,00 | 300,00 | 24% | 72 | 372,00 | Δ.Υ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 013201001 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ-ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ | 150 | 1,50 | 225,00 | 24% | 54 | 279,00 | Δ.Υ |
| 33 | 013509942 | ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΡΟ 4ΘΑΛΑΜΩΝ S-M--L | 150 | 13,00 | 1.950,00 | 24% | 468 | 2.418,00 | **40.8.37 (23,50)** |
| 34 | 013510518 | ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 3ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΓΙΑ 7ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ | 50 | 9,50 | 475,00 | 24% | 114 | 589,00 | Δ.Υ |
| 35 | 013510500 | ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 5ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΓΙΑ 7ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ | 150 | 13,80 | 2.070,00 | 24% | 496,8 | 2.566,80 | Δ.Υ |
| 36 | 013510634 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΥΛΩΝ 13CM ΜΕ ΠΕΡΙΣΤΡ/ΝΟ LUER LOCK & ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ | 50 | 4,70 | 235,00 | 24% | 56,4 | 291,40 | Δ.Υ |
| 37 | 013510183 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΓΩΝΙΩΔΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧ. ΜΕ | 600 | 0,94 | 564,00 | 13% | 73,32 | 637,32 | Δ.Υ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ΟΠΗ & ΠΩΜΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 120 &180ΜΜ. | | | | | | | |
| 38 | 012499006 | ΠΩΜΑΤΑ-ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ 3WAY | 600 | 0,60 | 360,00 | 24% | 86,4 | 446,40 | Δ.Υ |
| 39 | 013509126 | ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ & ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΝΟ 7-8-9. | 25 | 400,00 | 10.000,00 | 13% | 1300 | 11.300,00 | Δ.Υ |
| 40 | 013510192 | ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ . | 200 | 0,94 | 188,00 | 24% | 45,12 | 233,12 | Δ.Υ |
| 41 | 013509149 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ. | 400 | 7,90 | 3.160,00 | 24% | 758,4 | 3.918,40 | **17.11.36 (7,90)** |
| 42 | 013509108 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ CE INFUSOR | 500 | 5,70 | 2.850,00 | 24% | 684 | 3.534,00 | Δ.Υ |
| 43 | 013101001 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 3CC & ΒΕΛΟΝΗ 23G X 1'' ΜΕ 25U.ΗΠΑΡΙΙΝΗΣ | 4000 | 0,31 | 1.240,00 | 24% | 297,6 | 1.537,60 | Δ.Υ |
| 44 | 013510025 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΑΦ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΟ 7 -7,5 -8. | 50 | 25,00 | 1.250,00 | 13% | 162,5 | 1.412,50 | Δ.Υ |
| 45 | 013510501 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3WAY ΜΕ 3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΥΔΤ.ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗΣ 7ΗΜΕΡΩΝ | 300 | 1,90 | 570,00 | 24% | 136,8 | 706,80 | Δ.Υ |
| 46 | 013509750 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Τ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | 100 | 1,09 | 109,00 | 24% | 26,16 | 135,16 | Δ.Υ |
| 47 | 020499001 | ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 0,5 ΙΝΤΣΑ | 1000 | 0,09 | 90,00 | 24% | 21,6 | 111,60 | Δ.Υ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 013510090 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22G ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΩΜΑ & ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ. | 300 | 0,80 | 240,00 | 13% | 31,2 | 271,20 | Δ.Υ |
| 49 | 03051027 | ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 3 ΑΥΛΩΝ 7FR | 80 | 5,45 | 436,00 | 24% | 104,64 | 540,64 | Δ.Υ |
| 50 | 013510182 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 3 ΑΥΛΩΝ 7FR ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ | 20 | 48,00 | 960,00 | 24% | 230,4 | 1.190,40 | Δ.Υ |
| 51 | 030511027 | ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (2) ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ ΕΥΘΥΣ 12 FR-16CM | 20 | 4,00 | 80,00 | 24% | 19,2 | 99,20 | Δ.Υ |
| 52 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 10Χ10CM | 20 | 4,30 | 86,00 | 24% | 20,64 | 106,64 | Δ.Υ |
| 53 | 013501004 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΥΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ | 4 | 250,00 | 1.000,00 | 24% | 240 | 1.240,00 | Δ.Υ |
| 54 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΗΤΡΑ ΓΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ | 40 | 9,90 | 396,00 | 24% | 95,04 | 491,04 | Δ.Υ |
| 55 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ | 10 | 20,00 | 200,00 | 24% | 48 | 248,00 | Δ.Υ |
| 56 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ FACE | 10 | 30,00 | 300,00 | 24% | 72 | 372,00 | Δ.Υ |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CRANDLE | | | | | | | |
| 57 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ HIFENT | 10 | 69,00 | 690,00 | 24% | 165,6 | 855,60 | Δ.Υ |
| 58 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SMALL-MEDIUM-LARGE ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ SPIRAL ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 50L/MIN ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ HIFENT REF: NM-1S | 10 | 39,00 | 390,00 | 24% | 93,6 | 483,60 | Δ.Υ |
| 59 | ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ SPIRAL ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ HIFENT REF: NAC-1M | 10 | 39,00 | 390,00 | 24% | 93,6 | 483,60 | Δ.Υ |
| 60 | 011801012 | ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΜΟΝΗΣ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. | 1500 | 3,00 | 4.500,00 | 24% | 1080 | 5.580,00 | Δ.Υ |
| | | **ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ** | | | **59.364,70€** | | **12.542,39€** | | |
| | | **ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ** | | | | | | **71.907,09€** | |

**ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
|---|---|---|
| **1** | ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΝΟ 6-7-8 | ΟΙ ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟΙ ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΑΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ PVC, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ LATEX-FREE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ 6 ΕΩΣ 9 ΑΝΑ ΜΙΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 6 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 8 ΜΜ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 7 ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 10 ΜΜ, ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 8 ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 11 ΜΜ. |
| **2** | ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ PVC ΜΕ ΕΝΣΩΜ.ΑΥΛΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ CUF ΚΩΝΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΝΟ 5.0ΜΜ-10ΜΜ | Ο ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΥΛΟ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΔΕΘΕΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Η ΜΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΓΛΩΤΤΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΚΩΝΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΜΕΙΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΡΑΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΧΩΡΙΣ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ ΜΕ ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΧΕΙΑΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟ-ΕΙΣΡΟΦΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ ΗΙ-LO ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΡΑΓΗΣ ΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΗΓΜΕΝΟ ΑΚΡΟ, ΠΟΥ ΒΟΗΘΑΕΙ ΤΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΚΤΙΝΕΣ Χ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΡΑΧΙΑΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (TIP ΤΟ TIP). ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ PVC, ΓΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 15ΜΜ. ΜΕ MURPHY EYE ΩΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ 5.0ΜΜ ΕΩΣ 10ΜΜ. ΥΛΙΚΟ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ ΦΘΑΛΙΚΑ ΑΛΑΤΑ (DEHP FREE). |
| **3** | ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 10CMX12CM | ΤΑ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 10CM Χ 12CM .ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΣ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ. ΜΕ ΚΟΛΛΑ ΙΣΧΥΡΗ, ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΡΙΛΙΚΗ. |
| 4 | ΕΠΙΘΕΜΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚ/ΡΑ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ 7Χ9CM | ΤΟ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9CM Χ 7 CM ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΕΡΑΣΤΟ ΣΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΦΛΕΒΟΚΕΝΤΗΣΗΣ ΕΝΩ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΕΙ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΙΣΧΥΡΗ ΑΚΡΙΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ. |
| 5 | ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ 10Χ10 ΜΕ ΤΟΜΗ Υ | ΓΑΖΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ, ΥΔΡΟΦΙΛΗ, ΑΠΛΗ, ΚΑΘΑΡΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΗΜΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ NON – WOVEN, ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 50% VISCOSE ΚΑΙ 50% POLYESTER ΓΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΟΤΗΤΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΛΛΑ ΣΤΟ ΤΡΑΥΜΑ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΝΑ Ο ΑΕΡΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΝΑ ΠΟΤΕΛΕΙ ΦΡΑΓΜΑ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. ΝΑ ΈΧΕΙ ΣΧΙΣΜΗ 5 CM ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΟ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.<br>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 10CM Χ 10CM |
| 6 | ΚΙΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ & ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2 ΣΕ1 ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ. ΝΑ ΜΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CLASS ΙΙΑ. | ΚΙΤ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ & ΕΝΥΔΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2 ΣΕ1 ΓΙΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ. ΝΑ ΜΗ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CLASS ΙΙΑ.<br>ΤΟ ΚΙΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:<br>Α) 2 ΕΙΔΙΚΑ ΚΥΡΤΟΥΣ ΣΤΥΛΕΟΥΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Η ΜΕΘ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΒΑΛΒΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ SODIUM BICARBONATE ΓΙΑ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 2ΣΕ1 ΜΕ ΔΥΟ ΟΠΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ.<br>Β) ΣΤΟΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ 2ΣΕ1 ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (7ML)..<br>Γ) ΤΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ CPC, GLYCERIN, XYLITOL (7ML).<br>Δ)ΤΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΝΑ ΔΙΝΑΤΕ ΝΑ ΕΜΠΟΤΙΣΤΕΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΟ ΤΡΟΠΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΙΤ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΟΥΜΕΝΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ.<br>Ε)Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΩΣ ΝΕΦΡΟΕΙΔΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ. |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΗ 3ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 145Χ210CM | ΟΙ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΕΣ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΜ 20MICRONS ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΟ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΜΑΛΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΙΣΧΥΡΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΧΩΡΙΣ ΚΟΛΛΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΝΑ ΞΕΔΙΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΣΗΠΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΝΕΥ ΛΑΤΕΞ - ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝΑΠΟΦΥΓΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΓΡΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΙΕΣ-ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΕΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 11092 ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΛΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΒΡΑΧΕ-Ι (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ). ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ISO 11093 & CE |
| 8 | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ | ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΑΕΡΑ ΟΛΟΣΩΜΕΣ 213Χ91CM, ΒΑΡΟΥΣ 145GR ΜΕ ΜΗ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ SPUNBONDED ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΥΨΕΛΩΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ. ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 16CFR 1610 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ. ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΦΙΛΤΡΟ 0,2ΜΜ, ΤΡΕΙΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΕΝΑΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ), ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ), ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ (ΥΨΗΛΗ-ΧΑΜΗΛΗ) ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 32°C, 38°C ΚΑΙ 43°C ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ± 1,5°C) ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ. |
| 9 | ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 4 ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ | Η ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΚΕΦΑΛΗΣ 4 ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΦΡΟΛΕΞ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΕΤ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΙΝΙΑΚΩΝ ΤΡΙΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (MEDICAL GRADE) ΑΦΡΟΛΕΞ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘ, ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΛΙΝΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΑΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΜΑΛΑΚΟΤΗΤΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΙΕΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ, ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX. ΣΤΟ ΜΕΣΟΝ ΤΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΟΙΓΜΑ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΙΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ. Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 8CM, 10CM, 15CM, 23CM. |
| 10 | ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ/ΝΗΣΤΙΔΙΚΟΣ ΝΟ 12 | Ο ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ -ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ, ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΒΙΟΣΥΜΒΑΤΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΥΤΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ.<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΓΩΝΕΙ.<br>• ΔΕΝ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΑΣΤΡΙΚΑ ΥΓΡΑ.<br>• ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ.<br>• ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ 28 ΗΜΕΡΕΣ.<br>• ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΣ, ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΣ, ΜΗ ΤΟΞΙΚΟΣ.<br>ΕΠΑΝΩ ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ –ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ , ΑΝΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ , ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 70 CM , ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΧΩΡΗΣΗ.<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΤΕΞ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΜΗΚΟΣ 110 CM<br>ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ :<br>• TWO-WAY ΣΥΝΔΕΣΗ UNIVERSAL ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ ΠΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ.<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΑΚΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ – ΝΑ ΕΧΕΙ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ- ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΪΝΕΣ ΟΠΕΣ.<br>ΝΑ ΈΧΕΙ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΤΟΥ |

| | | |
|---|---|---|
| | | ΑΣΘΕΝΟΥΣ.<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX-FREE, DEHP –FREE. |
| 11 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ 20-22G | Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΙΔΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 20G ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 1.1ΜΜ Χ45ΜΜ. ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ PTFE (DEHP-FREE, LATEX-FREE, PVC-FREE), ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ FLOSWITCH ΤΥΠΟΥ ON-OFF ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (ΚΟΚΚΙΝΗ). Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΑ- ΣΠΑΣΙΜΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ . ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΛΕΓΧΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ « ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ» ΤΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ. |
| 12 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ 18G-16CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 18G & ΟΔΗΓΟ | Ο ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 16CM ΣΕ ΜΕΓΕΘΟΣ 18GA ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ, ΥΔΡΟΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΑΜΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΑΙΘΕΡΑ (PEBA) ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΟΥΝ.<br>ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDINGER ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΗ ΜΗΚΟΥΣ 7CM Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΕΘΟΣ 20GA ΙΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΓΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. |
| 13 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ SWAN-GANZ 110CM 8FR ΜΕ ΑΥΛΟ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ & ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ SVO2 ΣΕ 3 ΜΗΚΗ. | **ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ** 8 FR, ΜΗΚΟΥΣ 110 CM, ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ (CCO) ΚΑΙ ΤΟΥ $SVO_2$. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΥΛΟ ΣΤΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ $SVO_2$ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ 3 ΜΗΚΗ ΚΥΜΑΤΟΣ. |
| 14 | ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘ.SWAN-GANZ 8,5 ΜΕ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟ | ΤΟ ΣΕΤ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ (ΘΗΚΑΡΙ) ΝΑ ΕΧΕΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟ ΑΥΛΟ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΤΟ ΘΗΚΑΡΙ (ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ), ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ, ΣΥΡΙΓΓΑ 5CC, ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ, ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ 18GA, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (ΜΑΝΙΚΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) 8,5 FR ΜΕ ΜΗΚΟΣ 10CM. |
| 15 | ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΘΩΡΑΚΟΣ(SELDIGER) ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΑ: 12FR/22CM, 14FR/41CM, 16FR/41CM & 18FR/41CM | ΤΟ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΣΩΛΗΝΑ-TUBE (ΟΧΙ ΚΑΘΕΤΗΡΑ!), ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΕΙΣΑΓΩΓΕΑ.<br>**ΜΕ ΜΙΑ ΗΧΟΓΕΝΗ** ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 18G, ΕΝΑ ΔΟΧΕΙΟ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ, ΕΝΑ ΝΥΣΤΕΡΙ, ΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΙΣΤΩΝ, ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΑ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟ.<br>ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ ΣΩΛΗΝΑ: 12FR/22CM, 14FR/41CM, 16FR/41CM & 18FR/41CM |
| 16 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 9-15FR ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΛ.ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΘΩΡΑΚΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 14G | ΤΟ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 9,12,15 FR, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΑΤΟ ΜΕ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΝΥΣΤΕΡΙ, ΣΥΡΙΓΓΑ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΙΑ BULLAU, ΕΙΔΙΚΗ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΟΝΑ VERRES (ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΟΤΑΝ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΑΚΡΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ), ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ 2LT ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΟΦΙΓΓΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΓΓΥΣ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΔΙΠΛΗ ΜΟΝΟΔΡΟΜΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΕΝΑ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΓΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΚΟ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ 3WAY STOP COCK. |
| 17 | ΚΑΘΕΤ.ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡ/ΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤ.ΤΥΠΟΥ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ,, ΜΗΚΟΥΣ 12FR, 14FR & 16FR | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕΤ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΣΗΠΤΗΣ ΒΡΟΓΧΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 72 ΩΡΩΝ. ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΚΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 72 ΩΡΕΣ!<br>ΑΥΤΟ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IFU , ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ !<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΠΑΣΤΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΜΕ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΑΥΤΗ ΤΗΣ ΠΛΥΣΗΣ/ΕΚΠΛΥΣΗΣ (ΔΙΧΩΣ ΕΙΣΟΔΟ MDI)!<br>ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΑΜΑ ''Γ''ΜΕ ΔΥΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΑΚΡΑ.<br>ΝΑ ΦΕΡΕΙ, ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ/ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ.<br>ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΩΣ 2,15 ML ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IFU ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ ΥΛΙΚΟ.<br>ΜΕ ΠΕΠΛΑΤΥΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥ ΚΟΜΒΙΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΣΑΓΡΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΓΛΙΣΤΡΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ. Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ, ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ! ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΚΟΥΜΠΩΤΑ, ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΑΤΗ ΣΤΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ! |

| | | |
|---|---|---|
| | | ΜΕ ΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CATHETER MOUNT ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΩΣ 16,40ML (ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ IFU!)<br>ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΑΛΑΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΑΚΡΟΥ, ΜΕ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ ''ΚΛΙΚ'' ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ, ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΟ ΠΛΥΣΗΣ/ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΡΑΤΗ (ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΚΙ ΕΥΧΡΗΣΤΗ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ (ON-OF). ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, LATEX FREE ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ:<br>Α) ΓΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΜΗΚΟΥΣ 53-54CM ΣΕ 12FR, 14FR & 16FR ΚΑΙ<br>Β) ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ, ΜΗΚΟΥΣ 30.50-31CM ΣΕ 12FR, 14FR & 16FR . |
| 18 | ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ KLERF ΛΗΨΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 20ML | ΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ KLERF ΛΗΨΗΣ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ 20ML ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΛΕΝΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 25ML ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΙ ΦΕΡΟΥΝ ΔΥΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ PVC, ΕΝΑΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΕΞΤΡΑ ΚΑΠΑΚΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΕΤΙΚΕΤΑ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ LATEX ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΕΟ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ . |
| 19 | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕΘ ΑΠΟΣΤ+ΑΣΚΟ 2lt με θηλιά ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ 2ΠΛΟ ΣΩΛ.Χ2Μ.+1σωλ.Χ1,5(ΣΕΤ | ΤΟ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΜΕΘ Μ.ΧΡΗΣΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ, ΠΛΗΡΕΣ, ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΜΕ: ΔΥΟ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΗΚΟΥΣ 2.0 ΜΕΤΡΑ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΜΕ ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΡΟΗΣ 1.0CMH20 ΣΤΑ 60L/ΜΙΝ ΑΝΑ ΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΈΝΑ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ 1.5 ΜΕΤΡΑ ΈΝΑΝ ΑΣΚΟ 2 L, Ο ΟΠΟΙΟΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ: ΘΗΛΙΑ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ, ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΗ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ, ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ LATEX FREE ΚΑΙ ΛΙΤΡΩΝ.ΈΝΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΓΩΝΙΑ ''Γ'' ΜΕ ΟΠΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΜΕ ΘΗΛΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ. ΔΥΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΛΑΚΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΕΥΘΕΑ 22F-22ΜΜ ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. |
| 20 | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΜΕ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΕΥΘΥ | ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, ΟΠΩΣ ΤΑ ΙΟΝΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, ΓΙΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΣΤΗ ΜΕΘ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ VAP!<br>ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ!<br>ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 99,9% -ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ- ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΣΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΘ, ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ, Π.Χ MRSA, STAPH.EPIDERMIS, KLEBSIELLA P, ESCHERICHIA COLI, PSEUDOMONAS A, ACINETOBACTER C ΚΛΠ<br>ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7 ΗΜΕΡΕΣ ΩΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ!<br>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΜΕ ΕΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΥΘΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ 360 ΜΟΙΡΕΣ, ΜΙΑ ΓΩΝΙΑ Γ ΚΑΙ ΜΙΑ ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.<br>ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ, ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΚΠΝΟΗΣ. Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 30ΜΜ.ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ 160 & 240CM ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟ.<br>ΕΝΗΛΙΚΩΝ, LATEX FREE, |
| 21 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ/ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ & ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 70% ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ19CM+/-1, | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ/ΠΑΝΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ & ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 70% ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ19CM+/-1, ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ CE. |
| 22 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ/ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 70% ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ9CM+/-1 | ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ/ΠΑΝΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΜΕ 2% ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ ΚΑΙ 70% ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 10Χ9CM+/-1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ. |
| 23 | ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ ΠΑΝΑΚΙΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ SARS-COV-2 ΣΕ ΧΡΟΝΟ ≤ 30SEC, διαστάσεων 20CMX28CM +/-1CM | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ SARS-COV-2 ΣΕ ΧΡΟΝΟ ≤ 30SEC (ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ≥4LOG ΣΕ ΧΡΟΝΟ ≤10SEC ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ GRAM - ΒΑΚΤΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ECDC, ΑΚΙΝΕΤΟΒΑΚΤΗΡΙΟ BAUMANNII, ΚΛΕΜΠΣΙΕΛΛΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑ ΑΕΡΙΟΓΟΝΟΣ. ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ≥6LOG ΣΕ ΧΡΟΝΟ ≤2ΜΙΝ, , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 14348 ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ≥2LOG ΣΕ ΧΡΟΝΟ ≤30SEC ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ H5N1. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΚΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ - ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΥΛΙΚΑ ΟΠΩΣ ΥΠΕΡΗΧΟΙ, ΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ, ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ, ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΕΣ ΚΤΛ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ.,ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΙΟΥ 20CMX28CM +/-1CM ,ΠΟΥ |

| | | |
|---|---|---|
| | | ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΙΩΝ ΕΝΑ-ΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΙΩΝ & ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΠΙΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FLIP-TOP.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ CE ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΟ. |
| 24 | ΜΑΣΚΕΣ CPAP ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ VENTURE-PEEP 5-20CMH2O FIO2 30-40-50-60%-ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ & ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ | ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΕ FIO2 30%, 40%, 50% 60% ΚΑΙ 100% ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΑΣΚΑ CPAP ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ VENTURI, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ PEEP 5 – 20 CM H2O, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ PEEP ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ. ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΡΟΕΣ ΑΠΟ 60L/MIN ΕΩΣ ΚΑΙ 80L/MIN.ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ.<br>ΕΠΙΣΗΣ, ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ/ΠΙΝΑΚΑΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΑΣΚΑ, ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ FIO2, PEEP, ΡΟΗΣ O2 ΕΝΩ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΡΟΗ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. |
| 25 | ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ISO 13485:2016 ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ CE. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΟ, ΑΤΟΞΙΚΟ, ΚΑΘΑΡΟ, ΜΑΛΑΚΟ, ΕΛΑΦΡΥ, ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ.<br>Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΒΑΡΗ ΚΑΙ Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΤΟΜΙΚΗ Η ΜΑΣΚΑ ΝΑ ΣΥΓΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΥΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ.ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ LATEX FREE.ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ LATEX FREE |
| 26 | ΜΑΣΚΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ T.VENTURI | Η ΜΑΣΚΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ T.VENTURI ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΑΝΗ ΜΑΣΚΑ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ PVC ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, LATEX FREE, ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΙΜΑΝΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ, ΚΡΙΚΟΕΙΔΗ ΣΩΛΗΝΑ, ΒΑΛΒΙΔΕΣ VENTURI ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ 24,28,31,35,40,50,60%, ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 2Μ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΣΑΚΙΖΕΙ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ |
| 27 | ΜΑΣΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛ.ΒΙΡΑΡ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ M-L | ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ NIV ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΩΠΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ . ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ 134 °C ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ |
| 28 | ΜΑΣΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΒΙΡΑΡ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ ΠΟΛΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ M-L | ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΒΙΡΑΡ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΩΠΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ . ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΕ ΣΤΟΥΣ 134 °C ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ**.** |
| 29 | ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΛΥΣΗΣ & ΕΝ ΣΕΙΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑ. | ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΑΠΛΟΣ<br>ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΦΕΡΕΙ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (CHIP), ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 760 ΜΜΗGΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 150CM, ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΡΙΑ ΜΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΩΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ FOURWAYSTOPCOCK 30 CM ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΕΚΠΛΥΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ *ΚΑΙ ΣΕ ΣΕΙΡΑ ΣΥΡΙΓΓΑ* ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ/ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 12 ML (ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΩΣ ΤΑ 10 ML) ΜΕ ΔΥΟ TWOWAYSTOPCOCKSΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΤΡΗΜΕΝΗ ΠΥΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEXFREEΚΑΙ PHTFREE.<br>**ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΤΑ MONITORS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.** |
| 30 | ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΑΠΛΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ. | **ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ ΑΙΜΑΤΗΡΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ**.<br>ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΦΕΡΕΙ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΟ ΜΙΚΡΟΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (CHIP), ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΜΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΕΡΑΓΩΓΟ, ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΣΕ ΠΙΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 760 ΜΜΗGΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 150 CM, ΔΥΟ ΤΡΟΠΟΥΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΡΙΑ ΜΗ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΩΜΑΤΑ, ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ FOURWAYSTOPCOCK 30 CM ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΑΥΤΟΕΚΠΛΥΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΒΕΛΟΝΑΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE & PHT FREE.<br>**ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕ ΤΑ MONITORS ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ.** |
| 31 | NEBULIZER T.AQUA PACK ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ | NEBULIZER T.AQUA PACK ΜΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.<br>ΥΓΡΑΝΤΗΡΕΣ – ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΔΙΣΑΠΟΣΤΑΓΜΕΝΟ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ, ΟΓΚΟΥ 400 -450 ML. ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ) ΝΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ |

| | | |
|---|---|---|
| | | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ - ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΤΗ. Ο ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΑΠΟ 28 – 98 %. |
| 32 | ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΩΡΙΑΙΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗ-ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ | ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΩΡΙΑΙΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΟΥΡΟΜΕΤΡΑ) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ PVC MEDICAL GRADE, LATEX FREE ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΩΝ 500ML. ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:<br>- ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗ ΜΕ ΕΥΡΥ ΑΥΛΟ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 5 - 8 ΧΙΛΙΟΣΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 120 ΕΚΑΤΟΣΤΩΝ, ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΦΙΛΤΡΟ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΠ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΩΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ.<br>- ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΑΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Η ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΔΙΑΦΑΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ ΓΑΛΑΚΤΕΡΗ, ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ 100CC ΕΩΣ 2000CC ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΚΟΡΔΟΝΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΡΕΒΑΤΙ. |
| 33 | ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΡΟ 4ΘΑΛΑΜΩΝ S-M--L | ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ – ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ PHLEBO PRESS® SLEEVES ΚΝΗΜΗΣ - ΜΗΡΟΥ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΥΛΙΚΟ ΠΥΚΝΗΣ ΥΦΑΝΣΗΣ.<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΑΛΛΕΡΓΙΚΟ LATEX-FREE.<br>ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ (4) ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΘΑΛΑΜΟΥΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ. ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΟΠΟΥ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΟΧΗ ΤΩΝ 4 ΘΑΛΑΜΩΝ.<br>Η ΠΕΡΙΚΝΗΜΙΔΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΜΗΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΠΤΩΣΗΣ .<br>ΟΙ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ.<br>ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΤΟΥ ΠΟΔΙΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ.<br>ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΙΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, Η ΠΙΕΣΗ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΜΕΣ ΑΠΟ 40ΜΜΗG- 60ΜΜΗG.<br>Η ΑΝΤΛΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥΣ ΥΠΕΡΠΙΕΣΗΣ<br>Η ΑΝΤΛΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ 4 ΩΡΩΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ<br>Ο ΚΥΚΛΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ – ΠΑΥΣΗΣ – ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙ 1 ΛΕΠΤΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΑ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Η ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΚΡΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΥ Η ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΚΡΟΥ).<br>ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΥΠΟΥ VELCRO ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΑΣΤΡΟΚΝΗΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΗΡΟ.<br>ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΠΛΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΥΛΩΝ (ΕΝΑΣ ΑΥΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΘΑΛΑΜΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ)<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.<br>ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΕΘΗ SMALL, MEDIUM, LARGE<br>**Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΟΣΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ. ΟΙ ΑΝΤΛΙΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ.** |
| 34 | ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 3ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΓΙΑ 7ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ | ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΤΥΠΟΥ 3- WAY ΣΕ ΣΕΙΡΑ, ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 200 CM ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΥΛΟΥ 2,5Χ4,1 ΜΜ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ LATEX. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:<br>Α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΠΟΥ 0,05 ML (ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)<br>Β) ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ<br>Γ) ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML/MIN<br>Δ) ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΛΕΙΑΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER. |

| | | |
|---|---|---|
| 35 | ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 5ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΓΙΑ 7ΗΜΕΡΕΣ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ | ΠΟΛΥΒΡΥΣΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ ΤΥΠΟΥ 3- WAY ΣΕ ΣΕΙΡΑ, ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΑΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΗΚΟΥΣ 200 CM ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΥΛΟΥ 2,5Χ4,1 ΜΜ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ LATEX. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:<br>Α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΠΟΥ 0,05 ML (ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)<br>Β) ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ<br>Γ) ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML/MIN<br>Δ) ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΛΕΙΑΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER |
| 36 | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3 ΑΥΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 CM ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (1,2Χ2,1ΜΜ) SMALLBORE | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ / ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3 ΑΥΛΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 10 CM ,ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ (1,2Χ2,1ΜΜ) SMALLBORE .ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ LUER LOCK ΑΚΡΟ, ΠΩΜΑ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ , 3 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟΙ (ΕΝΑ ΑΝΑ ΑΥΛΟ) ,3 ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ CLAVE (ΕΠΙΠΕΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΚΙΔΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ) ΜΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΥΛΟ ΜΕ ΡΟΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 165 ML/MIN , ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 0,4ML,PVC NO-DEHP ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ R. |
| 37 | ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΔΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ 12-18CM ΜΕ ΚΟΥΜΠΩΤΗ ΔΙΠΛΗ ΘΥΡΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ . | **ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΩΝΙΩΔΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ**<br>Η ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΜΗΚΟΥΣ 12-18CM.ΜΕ ΓΩΝΙΑ ''Γ'' ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ-ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΗΣ 360 ΜΟΙΡΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΚΛΗΡΗ,ΔΙΠΛΗ **ΚΟΥΜΠΩΤΗ**, ΘΥΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΕΞΕΧΕΙ! |
| 38 | ΠΩΜΑΤΑ-ΚΑΠΑΚΙΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΓΙΑ 3WAY | ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΩΜΑΤΑ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑΣ, ΓΙΑ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΒΕΛΟΝΗ ΣΕ ΛΩΡΙΔΕΣ ΔΕΚΑ ΠΩΜΑΤΩΝ. ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΣΟΠΡΟΠΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ (IPA)70%, ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΜΕΣΑ ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ. ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ 7 ΗΜΕΡΕΣ(168ΩΡΕΣ) ΕΑΝ ΔΕΝ ΑΦΑΙΡΕΘΟΥΝ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΦΥΣΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΛΑΤΕΞ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΗ DEHP(DIETHYHEXYLPTHALATE). |
| 39 | ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ & ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΝΟ 7-8-9. | ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΤΟ ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΒΗΜΑ . Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΜΕ CUFF ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΤΡΑΧΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ, ΜΕ ΚΛΙΣΗ 105˚. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΩΘΕΝ ΤΟΥ CUFF. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΟΠΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER. Ο ΟΔΗΓΟΣ ΝΑ ΚΟΥΜΠΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΧΕΙ >1CM ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. |
| 40 | ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ | ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΑΦΡΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΡΟΦΗΣ 45 ΜΟΙΡΕΣ!<br>ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ Ο2 ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,10Μ.<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ. |
| 41 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ. | **ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ** ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ/ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ.<br>ΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΑΕΡΟΠΑΓΙΔΑ 1 ML ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΣΕ ΣΥΡΙΓΓΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΓΡΑΜΜΗ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΚΟΥΣ > 270 CMΚΑΙ ΜΕ ΟΓΚΟ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ<20ML.ΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΕΣ ΩΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΞΟΠΙΣΜΟΣ |
| 42 | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΥΓΡΩΝ CE INFUSOR | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ VOLUMAT AGILIA FRESENIUS. |

| | | |
|---|---|---|
| 43 | ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 3CC & ΒΕΛΟΝΗ 23G X 1'' ΜΕ 25U.ΗΠΑΡΙΙΝΗΣ | **ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ 3CC ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 23G. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ**<br>Η ΗΠΑΡΙΝΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ 11 ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΔΕΙΓΜΑ: PH**, PCO2, PO2, CO-OXIMETRY, CA2+, MG2+, NA+, K+, C1-,** ΓΛΥΚΟΖΗ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ.<br>● Η ΣΥΡΙΓΓΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΨΕΚΑΣΜΕΝΗ ΜΕ ΗΠΑΡΙΝΗ ΛΙΘΟΥ 23IU .<br>● Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΙΛΙΟΝΑΡΙΣΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΒΟΛΟ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΟΛΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ.<br>● ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΜΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.<br>● ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ LATEX<br>**ΤΟ ΣΕΤ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:**<br>● ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ 3 CC.<br>● ΒΕΛΟΝΗ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΙΑ ΚΙΝΗΣΗ MONOJECT 23 G X 1 ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ.<br>● ΕΙΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ ΑΕΡΟΣ. |
| 44 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΣΦΑΙΡΙΚΟ ΚΑΦ & ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΝΟ 7 - 7,5 -8. | **ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΦ.**<br>Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΜΕ CUFF ΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ CUFF ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΤΡΑΧΕΙΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ. ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΔΗΓΟ ΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΚΑΜΨΙΑ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΞΕΧΕΙ > 1 CM ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ .ΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ SELDINGER. Ο ΣΩΛΗΝΙΣΚΟΣ ΠΟΥ ΦΟΥΣΚΩΝΕΙ ΤΟ CUFF ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ. ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. |
| 45 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3WAY ΜΕ 3 ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΥΔΤ.ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΣΗΣ 7ΗΜΕΡΩΝ | 3- WAY ΜΕ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 5 BARS. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΦΘΑΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ LATEX. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΟΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:<br>Α) ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΟΥΔΕΤΕΡΗΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΛΗΡΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΠΟΥ 0,05 ML (ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).<br>Β) ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ, ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.<br>Γ) ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ , ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 300 ML/MIN.<br>Δ) ΜΕ ΕΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΛΕΙΑΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΚΡΟ LUER. |
| 46 | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ Τ ΓΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ | ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Τ ΜΕ ΑΚΡΑ<br>ΣΥΝΔΕΣΗΣ 22M/15F. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ LATEX-FREE ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ. |
| 47 | ΦΑΚΑΡΟΛΑ ΤΑΙΝΙΑ ΛΕΥΚΗ 0,5 ΙΝΤΣΑ | ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 1CM ΚΑΙ 1,5CM.<br>* ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 100% ΒΑΜΒΑΚΙ.<br>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 25 ΜΕΤΡΑ/ΡΟΛΟ. |
| 48 | ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 22G ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΠΩΜΑ & ΔΑΚΤΥΛΟΛΑΒΗ. | ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΣ ΦΛΕΒΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΒΕΛΟΝΗΣ 22 GΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΓΧΥΣΕΩΝ. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΗΚΟΣ 32 ΜΜ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,9 ΜΜ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 0,6 ΜΜ, ΟΓΚΟ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ 0,05 ML, ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΡΟΗΣ 35 ML/MIN ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΠΩΜΑ ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΕΣ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE |
| 49 | ΣΕΤ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΥ 3 ΑΥΛΩΝ 7FR | ΣΕΤ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ (ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΩΝ – ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΣΦΑΓΙΤΙΔΙΚΩΝ) ΤΡΙΩΝ ΑΥΛΩΝ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:<br>- ΥΔΡΟΦΙΛΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 7FR ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ<br>- ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ HUB<br>- ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ RAULERSON<br>- ΒΕΛΟΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΜΑΛΑΚΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ 18G<br>- ΔΙΑΣΤΟΛΕΑ ΦΛΕΒΑΣ<br>- ΣΥΡΜΑΤΙΝΟ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΑΚΡΟ “J” ΚΑΙ ΕΥΘΥ<br>- ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ CLAMP ΟΣΟΙ ΟΙ ΑΥΛΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ<br>- ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ |

| | | |
|---|---|---|
| | | - ΠΩΜΑΤΑ LUER LOK ΑΡΣΕΝΙΚΑ<br>- ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ Y ALL-PURPOSE.<br>- ΣΥΡΙΓΓΑ 10CC ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΑ<br>- ΝΥΣΤΕΡΙ NO. 11 |
| 50 | ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΛΕΒΙΚΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ 3 ΑΥΛΩΝ 7FR ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ | ΣΕΤ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 3 ΑΥΛΩΝ<br>ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:<br>- ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ: ΜΙΝΟΚΥΚΛΙΝΗ, ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΗ-ΡΙΦΑΜΠΙΚΙΝΗ ΣΤΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ |
| 51 | ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (2) ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΥΠΟΚΛΕΙΔΙΟΣ ΕΥΘΥΣ 12 FR ΜΕ ΕΥΘΥ ΚΕΚΑΜΕΝΑ ΑΚΡΑ ΜΕ ΜΗΚΟΣ 16CM-20CM | ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ, LATEX FREE ΚΑΙ DEHP FREE, ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΜΕ ΕΥΘΕΑ Η ΚΕΚΑΜΜΕΝΑ ΑΚΡΑ, ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 12FR ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 16 & 20 CM, ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟ, ΜΕ ΜΑΛΑΚΟ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ. ΤΟ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ RAULERSON, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, ΔΥΟ ΚΛΙΠΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΑΥΛΩΝ, ΒΕΛΟΝΗ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΣΗΣ, ΣΥΡΜΑ ΟΔΗΓΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΕΝΑ ΧΕΡΙ, ΔΥΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟΥΣ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ 10 & 12 FR, ΝΥΣΤΕΡΙ, ΒΕΛΟΝΑ ΜΕ ΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΓΧΥΣΕΩΝ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΕΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΥΛΙΚΟ (FREE PVC PACKAGING). |
| 52 | ΓΑΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΜΕ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ 10Χ10CM | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΦΙΝΟΥΧΑ ΓΑΖΑ ΜΕ ΥΔΡΟΚΟΛΛΟΕΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ ΣΕ ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΟΤΗΤΑ 1MG/CM2 . |
| 53 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΥΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ-ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΡΘΟΥ | **1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ.**<br>ΕΝΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΥΓΡΩΝ Η ΗΜΙ-ΥΓΡΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ. ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΜΗΚΟΥΣ150CM ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΟ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ 24ΜΜ. Ο ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΟ ΑΠΩΤΕΡΟ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΡΘΙΚΟΥ ΘΟΛΟΥ. ΤΑ ΕΓΓΥΣ ΑΚΡΟ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΕΙΔΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ. Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΡΡΟΗΣ. ΣΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΤΟΥ ΜΠΑΛΟΝΙΟΥ, ΤΗΝ ΕΚΠΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΟΣΜΩΝ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ ΝΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ 29 ΗΜΕΡΕΣ.<br>**2. ΣΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ**<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΟΣΜΩΝ, ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ, ΚΑΙ Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 1000ML ΠΕΡΙΠΟΥ. |
| 54 | ΣΕΤ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΗΤΡΑ ΓΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ | ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ (ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ **IFU**) ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΗΣΗ **7 ΗΜΕΡΩΝ**!<br>ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΟΣΦΡΑΓΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑΠΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΗΛΙΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΕΘ.<br>ΜΕ ΠΟΤΗΡΑΚΙ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΑΦΡΥ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΚΙ ΑΜΕΣΟΥ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ-ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ **ΣΤΡΟΦΗΣ 45 ΜΟΙΡΕΣ**!<br>ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΑΚΙ Ο2 ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ **2,10Μ**.<br>ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΦΘΑΛΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΣΘΕΝΗ. |
| 55 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ | ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΠΑΝΩ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΑΝΥΨΩΣΗ ΘΩΡΑΚΑ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ.<br>ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.<br>ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΑΠΛΟ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ.<br>ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.<br>ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ<br>ΑΠΟΦΥΓΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ<br>ΔΕΝ ΠΙΕΖΕΙ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ<br>ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΠΕΔΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.<br>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 10993-10: 2010.<br>ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ CLEAN ROOM.<br>ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.<br>ΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΣΗ CE. |

| | | |
|---|---|---|
| | | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 65 Χ 75 Χ 15 CM. |
| 56 | ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΕΦΑΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ FACE CRANDLE | ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ FACE CRANDLE ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΗΝΗ ΘΕΣΗ.<br>ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ<br>ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ<br>ΕΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ<br>ΒΑΡΟΣ : 242 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ<br>ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ<br>ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ<br>ΠΛΗΡΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ (ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ) ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 57 | ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕΤ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ HIFENT | ΤΟ SET ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ **:**<br>ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΜΕ ΛΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.<br>ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΘΑΛΑΜΟ ΥΓΡΑΝΣΗΣ<br>ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΦΙΛΤΡΟ<br>ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΙΣ ΡΙΝΙΚΕΣ ΚΑΝΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ HIGH FLOW. |
| 58 | ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SMALL-MEDIUM-LARGE ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ SPIRAL ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 50L/min ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ HIFENT | ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ SMALL ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ SPIRAL ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 50L/MIN ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ HIFENT<br>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ 1.5ΜΜ ΜΕΓΕΘΟΣ SMALL<br>ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HIFENT.<br>ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ MEDIUM ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ SPIRAL ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 70L/MIN ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ HIFENT<br>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ 4.8ΜΜ ΜΕΓΕΘΟΣ MEDIUM<br>ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HIFENT.<br>ΡΙΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ LARGE ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ SPIRAL ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΡΟΗΣ 80L/MIN ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ HIFENT<br>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΑΝΟΥΛΑΣ 5.4ΜΜ ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE<br>ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HIFENT. |
| 59 | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΤΡΑΧΕΙΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΣΩΛΗΝΑ SPIRAL ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ HIFENT | ΝΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΕΥΡΟΣ ΡΟΗΣ 10-60 LPM<br>ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΕΦΑΛΟΔΕΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ HIFENT. |
| 60 | ΦΙΛΤΡΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΥΓΡΑΝΣΗΣ-ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΑ, ΜΟΝΗΣ ΠΤΥΧΩΜΕΝΗΣ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ. | ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΒΗ, ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΤΥΧΟΜΕΝΗ, ΜΟΝΗ, ΜΕΜΒΡΑΝΗ, ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ/ΑΝΤΙΙΚΑ >99,999%<br>ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΓΡΑΝΣΗΣ 23 MG H2O/L ΣΤΑ 500 T.V.<br>ΜΕ MINIMAL T.V ΑΠΟ 200ML ΚΑΙ ΑΝΩ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ)<br>ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΡΟΗΣ < 3,7CMH20/L ΣΤΑ 60L/MIN<br>ΝΑ ΚΑΤΑΚΡΑΤΟΥΝ SARS ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΤΥΕΛΑ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ!)<br>ΜΕ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΟΠΗ ΚΑΠΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΜΕ ΘΗΛΙΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ.<br>ΕΛΑΦΡΙΑ, ΕΩΣ 36GR, ΟΧΙ ΟΓΚΩΔΗ ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΝΕΚΡΟ ΧΩΡΟ < 64ML!<br>ΕΝΗΛΙΚΩΝ, LATEX FREE, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ**

**«ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)»**

**[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]**

**για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών**

**Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα[i] και τη διαδικασία ανάθεσης**

**Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:**

**Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα (αφ)**

- Ονομασία: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [99222001]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [45500]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΣΟΦΙΑ- ΠΟΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ]
- Τηλέφωνο: [2651080624-625]
- Ηλ. ταχυδρομείο: [kleopatra.spiraki@gni-hatzikosta.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): [www.gni-hatzikosta.gr.]

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης**

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ ΚΑΙ ΤΗΣ Μ.Ε.Θ COVID SARS-COV-2): [CPV 33141000-0 ]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [προμήθειες,]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……]
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (*εάν υπάρχει*): 19/21]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

[i] Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

**Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

**Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα**

| ***Στοιχεία αναγνώρισης:*** | ***Απάντηση:*** |
|---|---|
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):<br>Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι[i] :<br>Τηλέφωνο:<br>Ηλ. ταχυδρομείο:<br>Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (*εάν υπάρχει*): | [……]<br>[……]<br>[……]<br>[……] |
| ***Γενικές πληροφορίες:*** | ***Απάντηση:*** |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση[i]; | |
| **Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:** ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»[i] ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;<br>**Εάν ναι,** ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;<br>Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι απασχολούμενοι. | [ ] Ναι [] Όχι<br>[.....]<br>[.....]<br>[….] |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |

| | |
|---|---|
| **Εάν ναι**:<br>Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.<br>α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:<br>β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:<br>γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο[i]:<br>δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;<br>**Εάν όχι:**<br>**<u>Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση</u>** ***ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:***<br>ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει **βεβαίωση** πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;<br>Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……]<br>*β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……]*<br>γ) [……]<br>δ) [] Ναι [] Όχι<br>ε) [] Ναι [] Όχι<br>*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*<br>*[……][……][……][……]* |

**Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα**

*Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:*

| ***Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:*** | ***Απάντηση:*** |
|---|---|
| Ονοματεπώνυμο<br>συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……]<br>[……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

**Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ**[i]

| ***Στήριξη:*** | ***Απάντηση:*** |
|---|---|
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

***Εάν ναι****, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις* ***ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα*** *από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.*

*Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.*

*Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.*

**Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων <u>δεν στηρίζεται</u> ο οικονομικός φορέας**

**(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)**

| ***Υπεργολαβική ανάθεση :*** | ***Απάντηση:*** |
|---|---|
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι<br><br>Εάν **ναι** παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν:<br>[…] |

*Εάν <u>η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7,</u> **<u>επιπλέον των πληροφοριών</u>** που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, <u>παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).</u>*

**Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού**

**Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες**[i]

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

1. συμμετοχή σε **εγκληματική οργάνωση**[i].
2. **δωροδοκία**[i,ii].
3. **απάτη**[i].
4. **τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**[i].
5. **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας**[i].
6. **παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων**[i].

| ***Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:*** | ***Απάντηση:*** |
|---|---|
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα** ή **οποιουδήποτε** προσώπου[i] το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι<br><br>*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*<br>*[……][……][……][……]*[i] |
| **Εάν ναι**, αναφέρετε[i]:<br>α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης,<br>β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ].<br>**γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση:** | α) Ημερομηνία:[ ],<br>σημείο-(-α): [ ],<br>λόγος(-οι):[ ]<br><br>β) [……]<br>γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]<br>*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*<br>*[……][……][……][……]*[i] |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)[i]; | [] Ναι [] Όχι |
| **Εάν ναι,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν[i]: | [……] |

**Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**

| ***Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:*** | ***Απάντηση:*** | |
|---|---|---|
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες **τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης**[i], στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι | |
| Εάν όχι αναφέρετε: | **ΦΟΡΟΙ** | **ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ** |
| α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται:<br>β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;<br>γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων;<br>1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;<br>- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;<br>- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης<br>- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:<br>2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε:<br>δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ;[i] | α)[……]·<br>β)[……]<br>γ.1) [] Ναι [] Όχι<br>-[] Ναι [] Όχι<br>-[……]·<br>-[……]·<br>γ.2)[……]·<br>δ) [] Ναι [] Όχι<br>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες<br>[……] | α)[……]·<br>β)[……]<br>γ.1) [] Ναι [] Όχι<br>-[] Ναι [] Όχι<br>-[……]·<br>-[……]·<br>γ.2)[……]·<br>δ) [] Ναι [] Όχι<br>Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες<br>[……] |
| *Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | *(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*[i] *[……][……][……]* | |

**Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα**

| ***Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα*** | ***Απάντηση:*** |
|---|---|
| Ο οικονομικός φορέας έχει, **εν γνώσει του**, αθετήσει **τις υποχρεώσεις του** στους τομείς του **περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου**[i]**;** | [] Ναι [] Όχι<br><br>**Εάν ναι**, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);<br>[] Ναι [] Όχι<br>**Εάν το έχει πράξει,** περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:<br>[……] |

**Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής**

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

**Α: Καταλληλότητα**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.***

| *Καταλληλότητα* | *Απάντηση* |
|---|---|
| **1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα** που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασης[i]; του:<br>*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | […]<br><br>*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*<br>*[……][……][……]* |

**Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα**

**Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες <u>μόνον</u> όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .**

| ***Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα*** | ***Απάντηση:*** |
|---|---|
| 10) Ο οικονομικός φορέας **προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας**[i] το ακόλουθο **τμήμα (δηλ. ποσοστό)** της σύμβασης: | [.....] |
| 12) Για ***δημόσιες συμβάσεις προμηθειών***:<br>Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα **πιστοποιητικά** που έχουν εκδοθεί από επίσημα **ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας** ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη;<br>**Εάν όχι**, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:<br>*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] Όχι<br><br>[.....]<br><br>*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……]* |

**Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης**

***Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης.***

| ***Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης*** | ***Απάντηση:*** |
|---|---|
| Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει **πιστοποιητικά** που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα **πρότυπα διασφάλισης ποιότητας**, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;<br>**Εάν όχι**, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:<br>*Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:* | [] Ναι [] Όχι<br><br>[……] [……]<br><br>*(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):*<br>*[……][……][……]* |

**Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις**

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη I – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε ϑέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται[i], εκτός εάν :*

*α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν[i].*

*β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.*

*Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος I, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ...* [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

*Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]*

[i]Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

[i] Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

[i] Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

**Πολύ μικρή επιχείρηση:** επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ**.

**Μικρή επιχείρηση:** επιχείρηση η οποία **απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους** και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού **δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ**.

**Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και** οι οποίες **απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους** και των οποίων ο **ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ *και/ή*** το **σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ**.

[i] Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων ατόμων.

[i] Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

[i] Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

[i] Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 "*Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες*."

[i] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, <u>εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης</u> είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

[i] Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

[i] Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως "διαφθορά".

[i] Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο **ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),** *«Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία)*.

[i] Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48) όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "*Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.*

[i] Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

[i] Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15) που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) *"Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις"*.

[i] Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"*Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.*".

[i] Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

[i] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[i] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[i] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[i] Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

[i] Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

[i] Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

[i] Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ᾽ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

[i] Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

[i] Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

[i] Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, **οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.**

[i] Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας **έχει** αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας **και** στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

[i] Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

[i] Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (*διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.*